OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | 20-09-23 | Remisión # | 195617 | Auxiliar Mantenimiento | Juan Diego Benjumea | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | NN-3733 B | Fecha Inicio | 20-09-23 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 20-09-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

| ALTA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | REPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-E5) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29912 | 65 | | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | mto |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | no |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | ok |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| 6 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | CABLE DE PODER | 1 | | MANGERA [illegible] | 1 |
| | MANGERA TANQUE OXIGENO | 1 | | | |
| | MANGERA TUBO DE AIRE | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5) | Si |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-E5) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29915 | 6 | 95,6 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]

Powered by CamScanner