



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GADMAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: B-09-23 Remisión #: 195043 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: W-845 B Fecha Inicio: B-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 22-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes rows for SI/No status.

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'BUENO' and 'SI'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists 'MANGERA TANQUES' and 'MANGERA TANQUE OXIGENO'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten 'Aprobado' and signature.