



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 22-09-23 Remisión #: 195837 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: MW-4451B Fecha Inicio: 22-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 22-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes 'SI' and 'NO' checkboxes.

Main maintenance checklist with sections: PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), CICLADO, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE MANGUERAS, ESTADO DE LAS CONEXIONES, CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'Bueno' and 'Si'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: FILTRO INTERNO 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Final maintenance checklist with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten 'Aprobado' and signature.