



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión 14-09-23 Remisión # 195150 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

Código Equipo NN-1020B Fecha Inicio 14-09-23 Hora Inicio Labor Fecha Fin 23-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, and a grid for SI/No responses.

Main maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), CICLADO, RUIDO EXTRAÑO, ESTADO DE MANGUERAS, SISTEMA DE REFRIGERACION, ESTADO DE LAS CONEXIONES, CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows include: Anillos, Krt manguera, Pila, Tomicos, Alanci Danari.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo a 0 (Cierre Flujo), Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de almid.

Final maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA, OBSERVACIONES (Aprobado), FIRMA MANTENIMIENTO.