



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAH-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 18-09-23 Remisión #: 195418 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: W-1029 B Fecha Inicio: 18-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 23-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FALLAS, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for recording contamination and isolation status.

Main maintenance checklist table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), FLEJAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten entries for 'PUREZA 70 80' and 'Buena'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', and 'Prueba de alarma' with results like 'OK', 'Si', 'No'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists parts like 'FILTRO ENTERO', 'MANGERA TAMIZOS', 'MANGERA TANQUE OXIGENO'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Final maintenance checklist table, similar to the main one, with handwritten entries and a signature 'Aprobado' and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.