ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPRO

FORMATO	
Codigo	GAC-MAN-F-XXX
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	25-09-23	Remisión #	195974	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-1501B	Fecha Inicio	25-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	25-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			
								SI		NO
								SI		NO
								SI		NO
								SI		NO
								SI		NO
								SI		NO
								SI		NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FUSIBLES (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BARRAS (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: BARRAS (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERAS (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
Si	11626	6.5	93%		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	X	Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
5	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de aire interno	1			
	Manguera tanque oxigeno	3			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
	Otros:		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FUSIBLES (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BARRAS (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: BARRAS (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERAS (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	11626	6,2	96,2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner