

Fecha Remisión: 23-09-23 Remisión #: 195876 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:
 Código Equipo: NU-1048 Fecha Inicio: 23-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 25-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR PESTICIDAS		EQUIPO CONTAMINADO POR PESTICIDAS		EQUIPO CONTAMINADO POR PESTICIDAS		EQUIPO CONTAMINADO POR PESTICIDAS		EQUIPO CONTAMINADO POR PESTICIDAS	
								SI	No
								SI	No
								SI	No
								SI	No
								SI	No
								SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS			PRUEBAS				
					Desconexión (E-NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (L.O-E5)	1	2	3		4	5	6	
2194164	952	SI	SI	SI	NO	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenos	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
5	Otros:		
5	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Mangueras tanque O2	3			
	Pila	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L-LO-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctricas	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS			PRUEBAS	
					Desconexión (E-NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (L.O-E5)	1	2	3		4
2194363	946	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FIRMA MANTENIMIENTO												

Aprobado

[Handwritten Signature]