



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-PR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26-09-23 Remisión #: 196070 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: M-1244B Fecha Inicio: 26-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 26-09-23

Table with columns for equipment details and status indicators (SI/NO).

Main maintenance form with sections for alarm tests (PRUEBAS DE ALARMA), noise (RUIDO EXTRAÑO), hoses (ESTADO DE MANGUERAS), refrigeration (SISTEMA DE REFRIGERACION), and connections (ESTADO DE LAS CONEXIONES). Includes handwritten notes like 'Bueno' and 'mto'.

Table with 3 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists items like 'SUIVIZ DE ENSEÑADO', 'MANGUERA TAMBILES', 'FILTRO INTERNO'.

Table with 3 columns: No., Prueba/Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujoámetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Bottom maintenance form section, similar to the main one, with handwritten notes 'Aprobado' and a signature.