



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GD-3334-PR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 26-09-23 Remisión #: 196070 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:
 Código Equipo: NN-2619B Fecha Inicio: 26-09-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 26-09-23

EQUIPO DOR MANTENIDO POR POSIBLES FALLAS										
									SI	No
									SI	No
									SI	No
									SI	No
									SI	No
									SI	No
									SI	No
									SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CONDICIÓN DE BARRAS				RUEBAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BASE (SI-NO)	MANEJO (SI-NO)	OTRO (SI-NO)	OTRO (SI-NO)			OTRO (SI-NO)
	2229	6,6	95,5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mfo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos	2			

No.	Prueba/Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CONDICIÓN DE BARRAS				RUEBAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BASE (SI-NO)	MANEJO (SI-NO)	OTRO (SI-NO)	OTRO (SI-NO)			OTRO (SI-NO)
	2229	6	95,5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*