



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	640-MAINT-0228
Versión	Fecha Actualización: 17/12/2016
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: **27-09-23** Remisión #: **196124** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjomea** No. Orden: _____

Código Equipo: **56137786** Fecha Inicio: **27-09-23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **27-09-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR PGB		REPARACIÓN		ESTADO	
PLACA	NO.	TIPO	FECHA	TIPO	FECHA
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS				PRUEBAS			
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (L.O-E5)	LL-ROJO	LL-AMARILLO	LL-VERDE	LL-ROJO		LL-AMARILLO	LL-VERDE	
	1943267	930	SI	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mfo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba/Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS				PRUEBAS			
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (L.O-E5)	LL-ROJO	LL-AMARILLO	LL-VERDE	LL-ROJO		LL-AMARILLO	LL-VERDE	
	19434	65906	SI	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO

Aprobado