



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO OX-MAN-FR-008  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión	27-09-23	Remisión #	196124	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benavente	No. Orden	
Código Equipo	NN-4695B	Fecha Inicio	27-09-23	Hora Inicio Labor *		Fecha Fin	27-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR (G) (S) (L) (P) (A)		NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (80%-85%)	FLUJÓMETRO (l/min)	PRUEBAS DE ALARMA			CODICES DE ALARMA				RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)	LL-LO	LL-LO-ES	LL-LO-ES	LL-LO-ES			
	16615	6.3	94.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1		Kit manguera tanque oxígeno	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión Jarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstacur manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (80%-85%)	FLUJÓMETRO (l/min)	PRUEBAS DE ALARMA			CODICES DE ALARMA				RUEDAS	FIRMA MANTENIMIENTO	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)	LL-LO	LL-LO-ES	LL-LO-ES	LL-LO-ES			
	16617	6.4	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado