# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-008 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | 28-09-23 | Remisión # | 196262 | Auxiliar Mantenimiento | Juan Diego Benjumea | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | NN-4507B | Fecha Inicio | 28-09-23 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 28-09-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR PARTE DE FLUIDOS | CL | CS | NO | ACCESORIOS | FECHA INICIO APLAZAMIENTO | ACCESORIOS | FECHA FIN APLAZAMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cable de poder | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (80% - 95%) | FLUJOMETRO (SI-NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO) | Pila (SI-NO) | "Flujo a 0" (LO-ES) | CELDAS (SI-NO) | FILTROS (SI-NO) | BASE (SI-NO) | CODIGO DE BARRAS (SI-NO) | RUEDAS (SI-NO) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15271 | 6.4 | 95 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mto |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | no | | | | | | |

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | ok |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| 5 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filtro interno | 1 | | Kit manguera a tanque oxigeno | 1 |
| | Pila | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Si |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| | Otros | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (80% - 95%) | FLUJOMETRO (SI-NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO) | Pila (SI-NO) | "Flujo a 0" (LO-ES) | CELDAS (SI-NO) | FILTROS (SI-NO) | BASE (SI-NO) | CODIGO DE BARRAS (SI-NO) | RUEDAS (SI-NO) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15273 | 6.4 | 95 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO