ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO — Código: GAT-MANT-R-016 — Versión: 8 — Fecha actualización: 17/10/2018 — Página 1 de 2

Fecha Remisión	28-09-23	Remisión #	196262	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Beinomea	No. Orden	

Código Equipo	NN-4466B	Fecha Inicio	29-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	29-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ____ NO ____ FECHA INICIO AISLAMIENTO: ____ FECHA FIN AISLAMIENTO: ____

						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	VENTILADOR (SI-No)	FILTROS (SI-No)	SELLO (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGO (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	163805	6,2	92,3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: ____ — Generó Alarma: No [X] Si [ ] Cual? ____

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pureza baja a 85%.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si — Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	oK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: ____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera a tanque oxigeno	1		Tamices	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	VENTILADOR (SI-No)	FILTROS (SI-No)	SELLO (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGO (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	163886	6,2	95,1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: ____

Powered by CamScanner