OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Codigo: GAD-MAN-FR-016 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2016 Página 1 de 2

Fecha Remisión	27-09-23	Remisión #	196124	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Beinúmea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-3688,13	Fecha Inicio	27-09-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	29-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR RIESGOS BIOLOGICOS PLAGAS						FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"								
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(80% - 95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI-No)	MANIJA (SI-No)	(SI-No)	
	9289	6,5	930	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma	No	X	Si		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 88.6														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
5	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PROCICTOR DISPLEY	1		Tamices	2
	ACOPLE A TABLERO	1		Kit manguera tanque oxigeno	1
	Tarjeta principal	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"								
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(80% - 95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI-No)	MANIJA (SI-No)	(SI-No)	Aprobado
	02	6,6	94,4	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO	

Powered by CamScanner