



# OXIPRO SAS

<b>EQUIPO:</b> CONCENTRADOR PORTATIL		<b>SERIE:</b> 230225882	Batería numero de serie : B01230525035	
<b>MARCA - MODELO:</b> KINGON OLV		<b>FECHA DE INGRESO:</b> 04/04/2024		
<b>VERIFICACION A CARGO DE:</b> CAMILO ADNRES MARTINEZ				
<b>INGRESO</b>				
<b>FECHA</b>		04/04/2024		
Mal Estado:	Si _No X	Rayones	Si _NoX_	Fisuras o golpes
<b>REVISIÓN FUNCIONAMIENTO</b>				
Encendido normal:		Si X No_	Alarmas normales	Si X No_
<b>PRUEBAS</b>				
Saturación %:	97%	Batería buen estado	Si X No_	Compresor funciona
* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz				
<b>ACCESORIOS Y ESTADO FISICO DEL SUS PARTES</b>				
cargador corriente, cargador automóvil, maletín canguro, correa canguro y bacteria, todos los elementos en buen estado y funcionales				
<b>DIAGNÓSTICO</b>				
se realiza verificación de equipo proveniente de shalom como nuevo.				
<b>PRUEBAS DE VERIFICACION</b>		<b>PASA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
modo 5		Si X No_	95.2%	
modo 4		Si X No_	96.8%	
modo 3		Si X No_	97.3%	
modo 2		Si X No_	97.4%	
modo 1		Si X No_	97.5%	
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>				
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>				
<b>Realizo</b>	CAMILO ANDRES MARTINEZ		<b>Reviso</b>	
<b>Cargo</b>	JEFE INFRA. BIOMEDICA		<b>Cargo</b>	
<b>Fecha</b>	04-04-2024		<b>Fecha</b>	
<b>Firma</b>			<b>Firma</b>	