



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: OX-MAN-F-009  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/05/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 04-04-24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: Javier Murocío No. Orden: [ ]

Código Equipo: MN-3930B Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

Table with 10 columns: FALTA, TIPO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, REPARACION, SI, NO. Rows for various equipment checks.

Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with 4 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: 1. Estado Pila 5.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado: [ ]

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows for inventory or parts list.

Table with 4 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: 1. Flujo = 0 (Cierre flujómetro), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes FIRMA MANTENIMIENTO field.

9121 64954 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51