

Fecha Emisión: **09-04-24** | Remitente: **JANICE NOVEDIO**

Código Equipo: **ZFESAB 2019020174**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLADA:  SI  NO

FECHA	TIPO DE INTERVENCIÓN	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	<b>REJILLA LATERAL DESASTE 1</b>		

**LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hr)	PRESIÓN (K - 7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (L0-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	<b>695866</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>ES</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	

1. CICLADO **OK** | Tiempo de la prueba **2:00** | Generó Alarma  No  Si

2. RUIDO EXTRAÑO  SI  No

3. ESTADO DE MANGUERAS **Buenas**  Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION **Bueno**  Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES **OK**

7. CONTROL DE TEMPERATURA **Buena**  Mala

Con Sobrecalentamiento **OK**

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	<b>SI</b>
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	<b>SI</b>
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<b>SI</b>
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	<b>SI</b>
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	<b>SI</b>
6	Otros:		<b>SI</b>

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	<b>SI</b>
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL L0-ES)	<b>SI</b>
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	<b>SI</b>
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	<b>SI</b>
5	Activación de válvula de aire	Obturar manguera de salida de aire de compresor	<b>SI</b>
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hr)	PRESIÓN (K - 7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (L0-ES)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	<b>695965</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>ES</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>		

FIRMA MANTENIMIENTO