ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha mantto: 09-04-24 | Nombre técnico: | Auxiliar Mantenimiento: JAVIER ARAVENA | No. Orden:

Código Equipo: NN-1647B | Fecha Inicio: | Hora Inicio: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POLVO O PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

CLAVE	MARCA	CLAVE MARCA											
										SI		NO	
										SI		NO	
										SI		NO	
										SI		NO	
										SI		NO	
										SI		NO	
										SI		NO	

LIMPIEZA Cobre AL

No. Mantenimiento	VOLTIMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Alta	Tiempo de Retardo	DIESELAR	FILTROS	BAÑO	GÓNDOLAS BARRAS: BAJAS	GÓNDOLAS BARRAS: ALTAS	PURGAR	OBSERVACIONES
	(Kv)	(Lb / Pulg)	(GPM - GPH)	(Kv/hr)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	
1	127/65	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: OK | Tiempo de Retardo: T:00 | Retardo Alarma: No. X | Si | Cual?

2. BOQUE EXPANSIÓN: Si | No X | 3. SENSADO DE MANGUERAS: Bomba X | Rejilla | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno OK | Con Mantenimiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Equipo Fluid. C. V.	Verifica calibre de la alm	SI
2	Prueba de Fluidé	Se verifica conexión mecanismo del equipo	SI
3	Extensión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si de aguda o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

ESTADO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba Realizada	Descripción	Resultado
	Flujo → El Cierre Fluid Hydro	Se verifica activación de alarma (LL - LI - EE)	SI
1	Flujo Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y ALARMA)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión bomba de flujo	Desconexión total eléctrica	SI
4	Activación de válvula de alivio	Descarga energía, la válvula de alivio funcionó	SI
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

No. Mantenimiento	VOLTIMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Alta	Tiempo de Retardo	DIESELAR	FILTROS	BAÑO	GÓNDOLAS BARRAS: BAJAS	GÓNDOLAS BARRAS: ALTAS	PURGAR	OBSERVACIONES
	(Kv)	(Lb / Pulg)	(GPM - GPH)	(Kv/hr)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	(B-Kv)	
1	127/65	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		