

Información Básica			
Activo	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2240B)	Tipo	CONCENTRADOR
Código de Barras	NN-2240B	Subtipo	CONCENTRADOR SLTM
Número de Serie	NN-2240B	Código Interno	NN-2240B
Precio de Compra (\$)		Proveedor	BIOPAS
Fabricante	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD	Creado Por Usuario	administrator
Assigned A Usuario	administrator	Creación	2011-11-11 19:06
Última Modificación	2017-06-21 19:33	Última Modificación Por Usuario	administrator
Horas de Uso	6866	Propietario	OXIPRO 11
Equipo en Tránsito?		ABRV	CNCNTRDR
Rango de Edad	Adulto	Insonorizado	
Enfriamiento		Propiedad del Equipo	OX-Operacion Pr
Custodia	En Custodia	Modelo de Equipo	CONCENTRADOR YUYUE 7F-5 (2011)
Situación	Cuarentena	Supertipo	Dispositivos Biomedicos
Fecha Ultimo Movimiento	2024-04-10 16:33	Linea de Servicio	OXIGENO

Campos Personalizados			
FechaHorometro	1969-12-31	Compatibilidad	
FechaIngresoRecuperacion	--	FechaRecomendadoBaja	--

Observaciones	
Descripción	Concentrador Oxigeno 5Lpm Yuyue 7F-5
Observaciones	

Información de Stock			
Estado de Activo	Cuarentena - Falla Reportada	Ubicación	EjeC - TALLER
Fecha de Importación	1969-12-31	Fecha de Salida	1969-12-31
Precio de Venta (\$)		Fecha Próximo Mantenimiento General	2026-03-21
Fecha Último Mantenimiento	2024-03-19		

Inventario > Mantenimiento [ 15319185 ] - NN-2240B (2024-04-08) - Actualizado hace 10 días (08 Abr 2024)

+ 📄 🕒 📱 📄 📄 🖨 🔍

[ Buscar paciente... (Busque por cédula) ]

Información de
Más Información

Creación			
Mantenimiento	- NN-2240B (2024-04-08)	Equipo	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2240B)
Lugar	EN SEDE	Estado de Ingreso del Equipo	Falla Detectada
Creado Por Usuario	administrator	Asignado A Grupo	EJE CAFETERO
Creado	2024-04-08 08:26	Modificado	2024-04-08 08:26
Ultima Modificación Por Usuario	administrator	Finalizado?	no
Relacionado Con	130630140	Estado Orden Mantenimiento	Creado
Bodega		Técnico	Agudelo Villas Cristian David
Forma de Creación	Automatico - Mantenimiento Tecnico	Consecutivo	165100
Tipo Equipo	CONCENTRADOR	SubTipo Equipo	CONCENTRADOR SLTM
Fallas Encontradas en Paciente	Concentrador - Falla - Flujo Fuera de Parametros	archivo_mant	Campo sin label

Parámetros	
Fecha de Inicio	2024-04-10

**Acciones**

[Registro de Daños](#)

: El usuario no es el técnico asignado

[Reportar Novedad con Software](#)

[Registrar Ticket de Desarrollo](#)

[Reportar Novedad de Mantenimiento](#)

**Novedades** Agregar

Marcarlo

[ 15319185 ] - NN-2240B (2024-04-08) -  
 Actualizado hace 10 días (08 Abr 2024)

Información de Más Información

Editar

Duplicar [Alt+U]

Creación			
Mantenimiento	- NN-2240B (2024-04-08)	Equipo	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2240B)
Lugar	EN SEDE	Estado de Ingreso del Equipo	Falla Detectada
Creado Por Usuario	administrador	Asignado A Grupo	EJE CAFETERO
Creado	2024-04-08 08:26	Modificado	2024-04-08 08:26
Ultima Modificación Por Usuario	administrador	Finalizado?	no
Relacionado Con	130630140	Estado Orden Mantenimiento	Creado
Bodega		Técnico	Agudelo Villas Cristian David
Forma de Creación	Automatico - Mantenimiento Tecnico	Consecutivo	165100
Tipo Equipo	CONCENTRADOR	SubTipo Equipo	CONCENTRADOR SLTM
Fallas Encontradas en Paciente	Concentrador - Falla - Flujo Fuera de Parametros	archivo_mant. Campo sin label	

Parámetros	
Fecha de Inicio	2024-04-10

Acciones

- [Registro de Daños](#)
- [Cerrar Mantenimiento: Debe Seleccionar una Bodega!](#)
- [Pausar Mantenimiento](#)
- [Recalcular Costos](#)
- [Anular Mantenimiento](#)
- [Reanudar Mantenimiento](#)
- [Reportar Novedad con Software](#)
- [Registrar Ticket de Desarrollo](#)
- [Reportar Novedad de Mantenimiento](#)

Novedades

Agregar

[ 15319187 ] Domicilio - NN-2240B (2024-04-08) -  
 Actualizado hace 10 días (08 Abr 2024)

Información de Más Información

Creación			
Mantenimiento	Domicilio - NN-2240B (2024-04-08)	Equipo	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2240B)
Lugar	A DOMICILIO	Estado de Ingreso del Equipo	Cuarentena - Falla Reportada
Creado Por Usuario	LDELGADO	Asignado A Grupo	
Creado	2024-04-08 08:26	Modificado	2024-04-08 08:26
Ultima Modificación Por Usuario	LDELGADO	Finalizado?	si
Relacionado Con	130630140	Estado Orden Mantenimiento	Terminado
Bodega		Técnico	Delgado Leonel Antonio
Forma de Creación	Automatico - Mantenimiento Tecnico	Consecutivo	165101
Tipo Equipo	CONCENTRADOR	SubTipo Equipo	CONCENTRADOR SLTM
Fallas Encontradas en Paciente		archivo_mant. Campo sin label	

Parámetros	
Fecha de Inicio	2024-04-08

Acciones

- [: El usuario no es el ?nico asignado](#)
- [Reportar Novedad con Software](#)
- [Registrar Ticket de Desarrollo](#)
- [Reportar Novedad de Mantenimiento](#)

Novedades

Agregar