



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24-04-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: JONIER AYUDELO No. Orden

Codigo Equipo: NM-2077 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLUJA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes rows for Si/No status.

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes checkboxes for OK, No, Si, Malo.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes entry: Kit Tanque Oxígeno 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Maximo', etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.