



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER AYODELO No. Orden:

Codigo Equipo: MN-274913 Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entries: D - PROYECTOR DISPLAY, F - ACOPIE ROSCA ATUBO HONIFICACION.

En Mantenimiento section with sub-sections: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (FUGA EN VALVULAS JESILIOS, VENTILADOR MALO), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK, 7. CONTROL DE TEMPERATURA OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains 5 test entries with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries for Kit - TANQUE OXIGENO and Kit - VALVULAS JESILIOS.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains 5 simulation test entries with results 'SI'.

En Mantenimiento section with sub-sections: PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten entry: 24690 65943.