



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 25-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Jonier Agudelo No. Orden:

Código Equipo: NM-4183 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entries: F- ACOPIE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 1, D- ACOPIE PLASTICO A TABLERO TUBO HUMIFICADOR 1.

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (FUGA EN VALVULAS DE SICIOS, FUGA EN MANGUERA SUJETA A TUBO REFRIGERACION), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes entries: FILTRO DE AIRE EXTERNO, KIT TANQUE OXIGENO, KIT VALVULAS DE SICIOS.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Bottom maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 3446664 92.3 SI SI SI ES SI SI SI SI SI.