



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 25-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONICE AJUDELO No. Orden:

Código Equipo: NN-4639 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PELIGRO (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Row 1: F- ACOPIE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 7

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (No), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Mala), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (FUGA EN VALVULAS DE SICIOS PUREZA X.88), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: Kit TANQUE OXIGENO 7, TAMIZES 2

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Cierre flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

Bottom section of the form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for equipment NN-4639 B and maintenance order 29106.