



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 25-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONICER AROXEO No. Orden:

Codigo Equipo: NN-3080 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA (SI/NO) and FECHA INICIO AISLAMIENTO (SI/NO). Multiple rows for data entry.

LIMPIEZA GENERAL

Table for PRUEBAS DE ALARMA with columns: Desconexión, Pila, Flujo a 0, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 24698, 6.4, 94.8, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Checklist items: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK, 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: Kit TANQUE OXIGENO 7.

Table for PRUEBAS DE ALARMA with columns: Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

Summary table for PRUEBAS DE ALARMA with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, Desconexión, Pila, Flujo a 0, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 24699, 6.4, 94.4, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

FIRMA MANTENIMIENTO