



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JAVIER ASUERO No. Orden:

Codigo Equipo: NN-128 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Row 1: ACOPIEROSCA ATUBO HUNIFICACION 7

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (X), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (OK), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (AJUSTE DE VALVULAS FUGA), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena), Con Sobrecalentamiento (OK). Includes sub-sections for HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLOWMETRO, and PRUEBAS DE ALARMA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Pila 5.5 V (SI), 2. Prueba de Fugas (SI), 3. Conexión eléctrica (SI), 4. Conexión electrónica (SI), 5. Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: SOWCH de ensendido, 7; Kit Tarjeta Oxígeno, 1.

Table with columns: No., Prueba / Estimulación, Descripción, Resultado. Rows: 1. Flujo = 0 (SI), 2. Flujo Máximo (SI), 3. Desconexión eléctrica (SI), 4. Desconexión tarjeta de flujo (SI), 5. Activación de válvula de alivio (SI).

Bottom section of the maintenance form, including PRUEBAS DE ALARMA and FIRMAS MANTENIMIENTO.