



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-PR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER AROJERO No. Orden:

Codigo Equipo: NN-609 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns for equipment status (EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA) and alarm start date (FECHA INICIO AISLAMIENTO). Includes handwritten entry: F ACOPIE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 7

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance test form with sections for: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (No), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Buena), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists 'PILA' and 'TAMIZES'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', etc.

Bottom section of the maintenance form, including a smaller version of the test table and a signature line (FIRMA MANTENIMIENTO).