



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 30-04-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Junior Aguadejo No. Orden:

Codigo Equipo: NN-2013 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLUJO, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'SI' and 'No' responses.

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), VENTILAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 10908486.4, 92.3, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estado Pila 5.5 V (Resultado: SI), 2. Prueba de Fugas (Resultado: SI), 3. Conexión eléctrica (Resultado: SI), 4. Conexión electrónica (Resultado: SI), 5. Prueba de alarma (Resultado: SI).

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Flujo = 0 (Resultado: SI), 2. Flujo Máximo (Resultado: SI), 3. Desconexión eléctrica (Resultado: SI), 4. Desconexión tarjeta de flujo (Resultado: SI), 5. Activación de válvula de aire (Resultado: SI).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, VENTILAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 109133163, 92.1, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.