



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-FR-009  
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 1-08-24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO No. Orden [ ]

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: MW-2597 B Fecha Inicio: 1-08-24 Hora Inicio Labor: 10:30 Fecha Fin: 1-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, HI. REPORTE, REPOSICION CAMBIADO. Includes a vertical label 'FORMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES POR PACIENTE  
Limpieza general

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and a note 'REGULADOR de presión MALO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'REGULADOR de presión 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests.