OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAD-MAN-FR-009
Fecha Act: Actualizacion 17/10/2019
Pagina 1 de 1

Fecha Remisión: 2-08-24 | Remision #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER A DUQUE | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-3277B | Fecha Inicio: 2-08-24 | 10:40 | Fecha Fin: 2-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REQUIERE CAMBIO
					SI / NO
					SI / NO
					SI / NO
					SI / NO
					SI / NO
					SI / NO
					SI / NO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 88%)	FUNCIONES (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pitó (SI-No)	Flujo (SI-No)	Luces (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	1387	6.6	95.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo ciclo (p. prom): 2:00
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X]
3. ESTADO DE MANGUERAS: OK | Rotas: | Mala:
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: OK | Malo:
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: REGULADOR de PRECION ESTABILIZADO
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | OK | Sistema eléctrico: OK

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Pint S.S	SI
2	Prueba de Fuga	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR de PRECION 7				

No.	Prueba / Simulación	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	SI
2	Flujo máximo	SI
3	Desconexión eléctrica	SI
4	Desconexión neumática	SI
5	Activación de válvula de alivio	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 88%)	FUNCIONES (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pitó (SI-No)	Flujo (SI-No)	Luces (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	1389	6.6	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	