OXIPro — ORDEN DE MANTENIMIENTO GENERADORES

FORMATO: GAD-MAN-FR-009 | Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 | Página 1 de 2

Fecha Remisión: 2-08-24 | Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

Codigo Equipo: NR-3729B | Fecha Inic.: 2-08-24 | 10:30 | Fecha Fin: 2-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	CANTIDAD	ID. REPORTE	FRECUENTE	SAMUDIO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO	ALIMENTACION	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion				CODIGO DE BARRAS	RUEDAS			OBSERVACIONES
										BASE (SI - NO)	BASE (SI - NO)	BASE	
12752	66	94,6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK — Tiempo de Ciclado: 2:00 — OK

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: X — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: CAPACITOR QUEMADO; REGULADOR DE PRECION ESTALLADO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — Observaciones del mantenimiento: OK

No.	Prueba	Resultado
1	Estado de S.S.	SI
2	Prueba de Poder	SI
3	Conexion electrica	SI
4	Conexion hidraulica	SI
5	Prueba de Alarma	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	CAPACITOR-7F-5-45FU	1
	REGULADOR DE PRECION	1

No.	Prueba / Simulacion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo)	SI
2	Flujo Maximo	SI
3	Desconexion electrica	SI
4	Desconexion hidraulica	SI
5	Activacion alarma sonora	SI
6	Otros:	
7	Otros:	
	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
12754	65	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	