OXYPro OXIGENO MEDICINALES

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 3-8-24 | Remision #: | Nombre Mantenimiento: JONIER AYUSO | No. Orden:

DATOS DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2081 B | Fecha Inicio: 3-8-24 | Hora Inicio: 7:20 | Fecha Fin: 3-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE	ANEXO	CANTIDAD	ID REPORTE	REPOSICION	AMBIADO
		F	FILTRO CENTRAL	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
							No
						Si	No
							No

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO / DIAGNOSTICO PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUXOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo				CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	15679	6.6	93.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

1. CICLADO: OK | Tiempo cada prueba: 4:00
2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: OK | Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | OK | OK

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Pita S...	SI
2	Prueba de Fuga	SI
3	Conexión gas...	SI
4	Conexión ...	SI
5	Prueba de alar...	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT TANQUE OXIGENO				

No.	Prueba / Simulación	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre ...	SI
2	Flujo Máx...	SI
3	Desconexión de ...	SI
4	Desconexión ...	SI
5	Activación de válvula de ...	
6	Otros:	
7	Otros:	
8	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (81% - 95%)	FLUXOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pita	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo				CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	15683	6.6	93.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO