OXUPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: 5-08-24

Javier Agudelo

Código Equipo: 7FSE20181100000 35 5-08-24 2:00 5-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	TIEMPO ESTIMADO

INFORMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

NOTA: CALIDAD CONTROLADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Caudal	Flujo	Pruebas de alarma										Desecaciones
16889	6.6	95.1	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1			

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 1:00

2. RUIDO EXTRAÑO: X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: X — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Regulador de precion

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK OK OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V		S1
2	Prueba de Fugas		S1
3	Conexión eléctrica		S1
4			S1
5			S1

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
	Regulador de precion 7				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			S1
			S1
			S1
			S1
			S1

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Caudal	Flujo	Pruebas de alarma										Desecaciones
16890	6.6	95.3	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1			