ORDEN DE MANTENIMIENTO CO. CENTRADORES

FORMATO
Código: 2.5.5-01 V.1 R.01
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-08-24 | Remisión #: | Cliente: | Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

EQUIPO

Código Equipo: NN- 3597 B | Fecha Inicio: 6-08-24 | Hora: 11:30 | Fecha Fin: 6-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI: | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CAUSA/DAÑO	CANTIDAD	No. REPORTE	PARTES O CAMBIADO	
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

Serie Manómetro	Estado	Conexión	Tensión	Contenido	Funcionamiento	PRUEBAS DE ALARMA								CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
						Desconexión (SI-No)		Tiempo						BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)		
	(B-R-M)	(S-T-P-N)	(SAT - 90%)	(S-No)													
9013	66929	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI						

1. ESTADO: ok | 2. RUIDO EXTRAÑO: SI: | NO: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: OK | Malo:

REGULADOR DE PRECION ESTALLADO

5. PAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | PRUEBA HOSE: OK | 7. Prueba Hermeticidad: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Sensor Pto S.S.V.	Medición de [illegible]	SI
	Prueba de Fugas	Se verifica sobre el [illegible]	SI
	Cortes de electricidad	Se simulan los cortes de electricidad en el equipo	SI
	[illegible]	[illegible]	SI
	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	SI

Describa el diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR DE PRECION 1				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Prueba [illegible]	Se verifica [illegible]	SI
	Prueba Manual	Se verifica [illegible]	SI
	[illegible]	[illegible]	SI
	[illegible]	[illegible]	SI
	Activación de válvula de alivio	Se verifica [illegible]	SI

Observaciones:

Serie Manómetro	Estado	Conexión	Tensión	Contenido	Funcionamiento	PRUEBAS DE ALARMA								CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	FIRMA MANTENIMIENTO
						Desconexión (SI-No)		Tiempo						BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)		
	(B-R-M)	(S-T-P-N)	(SAT - 90%)	(S-No)													
9014	66932	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI						