ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 8-08-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER MUNOZ | No. Orden:

DIRECTORIO DEL EQUIPO

Código Equipo: NV 3868B | Fecha Inicio: 8-08-24 | Hora Inicio Labor: 9:40 | Fecha Fin: 8-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No

DETALLES ADICIONALES POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

Cm Mantenimiento	TORQUIMETRO	PRESION	FLUJOMETRO	LUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	*Flujo a 0° (LO-ES)	RELES (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	(mts)	(6-7 PSI)	(93%-99%)	(SI-No)										
1031	6.6	95.3	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. RUIDO ANORMAL: OK | Tiempo de la prueba: 4:00 | Ajuste / Limpieza: No [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [X] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK Malo [ ]

AJUSTE REGULADOR DE PRECION

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CALIBRACION TEMPERATURA: Si [ ] No [ ] OK | Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila 5.5 V		SI
	Prueba de Fugas	Se verifica estanqueidad en el kit del equipo	SI
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
	Condición Mangueras	Se verifica estado de las mangueras del equipo	SI
	Prueba de alarma	Se realiza prueba de la alarma	SI

Observaciones:

Especificación diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo a 0 (Cierre Hidrometro)	Se verifica [illegible]	SI
	Pila - Alarma	Se verifica activación [illegible]	SI
	Desconexión (Batería)	[illegible]	SI
	Detección Flujo a 0° (Pila)	[illegible]	SI
	Activación Electrónica (Pila)	[illegible]	SI

Observaciones:

Cm Mantenimiento	TORQUIMETRO	PRESION	FLUJOMETRO	LUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	*Flujo a 0° (LO-ES)	RELES (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	(mts)	(6-7 PSI)	(93%-99%)	(SI-No)										
14481	6.5	95.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: