OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	9-08-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDEIO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN 2514 B	Fecha Inicio	9-08-24	Hora Inicio Labor	1:00	Fecha Fin	9-8--24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMACION REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	¿ESTO CAMBIADO?			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DE TODO POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXÍGENO (80% - 99%)	FLUXÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pito (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	PRUEBILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
1761367946	51				SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	3:00	Cnect. Humidif. (SI-No)	X	Si	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	OK	Malo	

Regulador de Precion estallado

5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK	7. CONECTOR DE TRANSDUCTORES	Bueno	OK	Con Estado Mantenimiento	OK

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica		SI
5	Prueba de alarma	Se verifica funcionamiento de alarma fuente	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Regulador de Precion	1			

No.	Prueba (Simulación)	Descripcion	Resultado
	Flujo a 0 (Cierre fluxómetro)		SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LO-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma visual	SI
3	Desconexión "Flujo a 0"	Activación alarma visual	SI
4	Activación de válvula de alivio	Activación alarma visual	SI
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXÍGENO (80% - 99%)	FLUXÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pito (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	PRUEBILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
1761666941	51				SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	