



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009  
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10-08 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JOWIER ADOVELO No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-621B Fecha Inicio: 10-08-24 Hora Inicio Labor: 9:00 Fecha Fin: 10-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REQUERIDO CAMBIADO. Row 1: F, FILTRO LACTEAL, 1, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 3635, 6.6, 95.5, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: REGULADOR DE PRECION, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 13636, 6.6, 96.2, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.