OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5-08-24

Jonier Agudelo

Codigo Equipo: NN 1860B

5-08-24 11:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: NO X

FECHA FIN MANTENIMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	REPORTA	REPUESTO CAMBIA

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)				PRUEBAS DE ALARMA								DESERVACIONES
11309	6.6	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: X

2. RUIDO EXTRAÑO: X X X OK

SE CAMBIA RODAMIENTO INTERNOS

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK OK OK

No.	Prueba	Resultado
1		SI
2	Prueba de fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros	
	Otros	

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	2 Rodamientos. 7F-5/11	2

No.	Prueba Simulación	Resultado
1	Flujo	SI
2		SI
3		SI
4		SI
5		SI
6	Otros	
7	Otros	
	Otros	

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)				PRUEBAS DE ALARMA								
11311	6496.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		