



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-08-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIER AROQUELO No. Orden: []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MN-2420B Fecha Inicio: 12-8-24 Hora Inicio Labor: 140 Fecha Fin: 12-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REQUERIDO CAMBIADO. Includes 'SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO' label.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance checklist with sections: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (X), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenos, X, Malas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Bueno, OK, Malo), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (Regulador de presión estallado), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena, OK, Con Sobrecalentamiento, OK).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Entry: Regulador de presión 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Bottom maintenance checklist with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes 'FIRMA MANTENIMIENTO' field.