



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Identificación del Equipo: Codigo Equipo: NU-25130, Fecha Inicio: 21/08/24, Hora Inicio Labor: 8:15, Fecha Fin: 21/08/24

Equipo contaminado por posible plaga: SI, NO, Fecha Inicio Aislamiento, Fecha Fin Aislamiento

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, REPORTE, REPARADO, CAMBIADO. Includes 'Sistema de reportado de reparación de servicio' on the left.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: Limpieza general

Main maintenance checklist with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes sub-sections for PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 'Regulador de Presion. 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Final maintenance checklist with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.