



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO: Codigo Equipo NU-1014B, Fecha Inicio 23/08/24, Hora Inicio Labor 11:40, Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, REPORTE, RE/QUESTE/CAMBIADO. Row: filtros laterales - desgaste, 2, Si, No

DETALLES ADICIONALES (DADOS POR PACIENTE): Limpieza general

Maintenance check table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 3997, 6.6, 95.7, SI, SI, EG, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Pila 5.5. V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: Tarjeta principal filtro de aire interno, 1

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: 1. Flujo = 0 (Cierre flujómetro), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de aire.

Maintenance check table (bottom) with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 20002, 6.4, 95.5, SI, SI, SI, EG, SI, SI, SI, SI, SI.