



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 12-08-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento Javier Ayudicio No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo 20200800001703 Fecha Inicio 12-08-24 Hora Inicio Labor 11:00 Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Rows include: DT FILTRO CENTRAL (7), DT PROTECTOR DESELY (7), F FILTRO LACTEAL (2).

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (65), oxygen (93.1), and various test results (SI, ES, X).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V (SI), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows include: PILA (7), JUNTA HERMETICA ANILLOS (1), TORNEOS BIELAS (2), Tornillos (2).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (SI), Flujo Maximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de aire (SI).

Table with columns: Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (64), oxygen (95.4), and various test results (SI, ES, X).