



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-MAH-FR-009  
Versión 2 Fecha Actualización: 13/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 3-02-24 Remisión # [ ] Asesor Mantenimiento: JAVIER AGUDELO No. Orden: [ ]

Código Equipo: NN-931 B Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
ACOPLE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 1					

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Desconexión			PILA	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(S-NO)	(S-NO)	(S-NO)						(S-NO)	(S-NO)			(S-NO)
	7587366	93.6	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	Si	Cual?									
3. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FOYA en MANGERA A TUBO REAFIJACION															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	51
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5-E2)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	51
5	Admisión de veranos de aire	Observar manguera de salida del aire de compresor	51
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Desconexión			PILA	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(S-NO)	(S-NO)	(S-NO)						(S-NO)	(S-NO)			(S-NO)
	587564	93.1	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	FIRMA MANTENIMIENTO		