



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-PR-009  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2010  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 3-02-24 Remisión #: [ ] Asesor Mantenimiento: JONICA ADJUDICO No. Orden: [ ]

Código Equipo: NN-440 Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking pest contamination and isolation dates.

En Mantenimiento: Ensayo de Presión, Prueba de Fugas, Prueba de Conexión Eléctrica, Prueba de Conexión Electrónica, Prueba de Alarma, Pruebas de Alarmas (Desconexión, Pila, Flujo e D), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes: 'FUJA EN VALVULAS DE CICLOS' and 'LIMPIEZA GENERAL'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', and 'Prueba de alarma' with results marked as 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Inventory table for parts.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre fluorómetro)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', and 'Activación de válvula de alivio'.

En Mantenimiento: Ensayo de Presión, Prueba de Fugas, Prueba de Conexión Eléctrica, Prueba de Conexión Electrónica, Prueba de Alarma, Pruebas de Alarmas (Desconexión, Pila, Flujo e D), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 8024 65 952 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51 and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.