



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO QAD-MAN-PR-008 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2018 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 3 02-24 Remisión #: [] Asesor Mantenimiento: JONIER ASUPELO No. Orden: []

Código Equipo: NN-2232B Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination and isolation status.

En Mantenimiento: HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 0"), BUBLLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes sections for 1. CICLADO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Pruebas, Descripción, Resultado. Contains test results for: 1. Estado Pila S.S.V., 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma. All results are 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists: Kit M TAMIZCS (7), Kit TAMPON OXIGENO.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains test results for: 1. Flujo = 0 (Cierre Regulador), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de alivio. All results are 'SI'.

En Mantenimiento: HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUBLLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes section for FINA MANTENIMIENTO.