



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAI-FR-003  
Versión 2 Fecha Actualización: 11/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13-02-24 Ramal: No. Orden: Asesor Mantenimiento: JONIER BODELO

Código Equipo: W-3028 B Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for testing results with 'SI' and 'No' entries.

Main maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REGULAR, FLETRON, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '200565' and 'LIMPIEZA GENERAL FUERA EN VALVULAS DE SICLOS'.

Table with columns: No., Pruebas, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', and 'Prueba de alarma' with results marked 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificada

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 'SWTCH de encendido 7'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', and 'Activación de válvula de arranque'.

Bottom maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REGULAR, FLETRON, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '2066' and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.