

Fecha Remisión: **13-02-24** Remisión #: Asesor Mantenimiento: **JONIER ARDREJO** No. Orden:

Código Equipo: **NN-7710 B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	SI	NO	SI	NO		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-AL)	Pila (E-PA)	"Flujo a 0" (E-FA)				BASE (E-BA)	MARCA (E-MC)	(E-NU)		
					(E-AL)	(E-PA)	(E-FA)				(E-BA)	(E-MC)	(E-NU)		
25221	65	936	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	Si	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas			4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA GENERAL													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO DE AIRE INTERNO	7		JUNTA HERMETICA ANILLOS	2
	Kit - M-TAMIZES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Sujinmetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) y (L1-L2-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de ventosa de escape	Cierre manguera de salida en aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-AL)	Pila (E-PA)	"Flujo a 0" (E-FA)				BASE (E-BA)	MARCA (E-MC)	(E-NU)		
					(E-AL)	(E-PA)	(E-FA)				(E-BA)	(E-MC)	(E-NU)		
25223	64	946	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51		
FIN DE MANTENIMIENTO															