



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	04C-MAN-FR-008
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 13-02-24 Remisión # \_\_\_\_\_ Asistir Mantenimiento: Jonie Asupelo No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: NN 12 81 B Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO O DENTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARCA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
16002	64	95.2	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Garantía Alarma		No	Si	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Males	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		<u>FUGA EN MANGUERA A TUBO REFRIGERACION</u>												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento					

No.	Pruebas	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Pruebas / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	51
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES))	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea óptica	51
5	Activación de válvula de albin	Ocluir manguera de salida de aire en compresor	51
6	Otras:		
7	Otras:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARCA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
16006	65	95.9	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	
FIRMA MANTENIMIENTO														