



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
O&A-MAN-FR-008
Versión 2 Fecha Actualización 13/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión 14-02-2024 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIER MUÑOZ No. Orden

Código Equipo NN 4626 Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Handwritten entry: ACOPIE ROSCA TUBO HUMIFICADOR 7

Main diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÍMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), SEÑALES, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes test results for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests 1-5 with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Handwritten entries: Kit - m TAMIZES 7, Kit TANQUE OXÍGENO 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests 1-5 with results 'SI'.

Main diagnostic table (repeated) with columns: En Mantenimiento, HORÍMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, SEÑALES, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten entry: FERIA MANTENIMIENTO