



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-FR-008  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/02/19  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 15-02-24 Formación # Auxiliar Mantenimiento: **JONIER MORALES** No. Orden:

Código de Barra: **NN-576B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

¿QUIÉ CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA?	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
				SI / No
				SI / No
				SI / No
				SI / No
				SI / No
				SI / No
				SI / No
				SI / No

PRUEBAS DE ALARMA	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
	Desconexión	Pila	"Flujo a 2"				BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)		
205206680	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Genera Alarma	No	SI	Cual?				
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno			Malas						Bueno	Malas

N.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Verificar niveles de aceite	Verificar niveles de la glic	SI
2	Prueba de fugas	Se verifica ausencia de fugas de refrigerante del equipo	SI
3	Comer la bobina	Se verifican las bobinas eléctricas del equipo	SI
4	Comer las bobinas	Se verifican las bobinas eléctricas del equipo	SI
5	Prueba de escape	Se verifica escape de gas agudo o fuerte	SI

Observaciones de Mantenimiento

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.
2	TAMIZES	
1	Kit TANQUE OXIGENO	
1	Kit M-TAMIZES	

Prueba / Descripción	Resultado
Prueba de funcionamiento de alarmas (LL - LS - ES)	SI
Prueba de funcionamiento de sensores (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES))	SI
Comer las bobinas	SI
Comer las bobinas de fuga	SI
Comer el tanque de gas	SI

PRUEBAS DE ALARMA	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
	Desconexión	Pila	"Flujo a 2"				BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)		
2052266951	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

20522

FIRMA MANTENIMIENTO