OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	16-02-24	Remisión #		Técnico Mantenimiento	JONIER ARAUJO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN- 4127 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	# REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			ACOPle ROSCA ATUbo HumiFicador	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

NOVEDADES ADVERTIDAS ... CLIENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (88%-96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0" (0-0.5)	... (Si-No)	... (Si-No)	LASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	15493	65	80	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		... Alarma		

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA % 80

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		... sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión ...	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas ...	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas ...	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido ...	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit MTAMIZES	1		TAMIZES	2
	Kit TANque OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)		SI
2	Flujo Maximo		SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión tarjeta de flujo		SI
5	Activación de válvula de alivio		SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (88%-96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0"	...	...	...	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	15494	65	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO